

Bình Dương, ngày 22 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU MUA SẮM NHỎ, LẺ

Kính gửi: Các công ty, đơn vị quan tâm.

Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng có nhu cầu mua sắm hàng hóa nhỏ, lẻ, cụ thể như dưới đây:

T T	Tên/ chủng loại hàng hóa	Thông số kỹ thuật của hàng hóa	Quy cách	Đvt	Số lượng	Bảo hành
1	Máy điện châm	- Hỗ trợ phát hiện huyết đạo. - Châm cứu không cần kim, liệu pháp xung mạch và từ trường. - Có thể kết hợp châm cứu bằng kim thông thường. - Thay thế massage bằng tay. - 6 kênh, kích thích 12 huyết đạo cùng lúc. - Điều chỉnh cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh dễ dàng. - Thiết lập thời gian điều trị. - 5 loại xung trị liệu. Thông số kỹ thuật - Độ nhạy đầu dò huyết: Điện trở Độ nhạy 10kΩ~500kΩ 1 0kΩ 500kΩ~1MΩ 20kΩ - Cường độ từ trường: 2000 - Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 5kW - Tiêu chuẩn an toàn: Loại II-BF - Nguồn cấp cho Adapter: Đầu vào: 220V/50Hz - Đầu ra: DC9V/150mA - Kích thước- trọng lượng: 222 x 172 x 75(mm)- 1.6kg - Thời gian trị liệu: 1 đến 60 phút - Cảnh báo bằng âm thanh - Áp suất xung quanh: 500-1000 HpA.	Thùng 1 thiết bị	Thiết bị	5	12 tháng

Yêu cầu:

Hàng hóa trên phải được cung cấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và được giao tại Kho Dược Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng.

Đề nghị Quý Công ty có văn bản phản hồi (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi fax, hoặc email hoặc bằng đường bưu điện), đính kèm thư báo giá trước ngày 01/9/2024./. 

Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng



Trần Ngọc Hưng